

【概要】

オロパタジン塩酸塩錠 5mg「明治」の溶出性を、日本薬局方医薬品各条に定められた「オロパタジン塩酸塩錠」の溶出性の項に従い評価した。その結果、15 分間の溶出率は 90.2～100.7%であり、溶出規格に適合していることが確認された。

【試験方法】

試験方法：日本薬局方 溶出試験法（パドル法、シンカー使用）

試験液量：900mL

試験液：水

回転数：毎分 50 回転

溶出規格：15 分間の溶出率は 85%以上である。

【試験結果】

15 分間の溶出率は 90.2～100.7%であり、日本薬局方「オロパタジン塩酸塩錠」の溶出規格に適合した。

表 オロパタジン塩酸塩錠 5mg「明治」の日本薬局方溶出規格への適合性（n=6）

ロット番号	15 分間の溶出率(%)	判定
T2LM10	90.2～100.7	適合